

W dniu 28.08.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr **589102-N-2019** z dnia **2019-08-23** r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.10.19 pn. „DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU”.

Treść pytań:

1. dot. Część 1, pkt. 2 - "Zasilacz DC"  
Czy Zamawiający dopuści zasilacz DC z wartością tłumienia poniżej 1mVrms? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
2. dot. Część 1, pkt. 6 - "Pojemność dekadowa"  
Czy Zamawiający dopuści produkt o zakresie od 0,1nF? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
3. dot. Część 1, pkt. 8 - "Opornica suwakowa"  
Czy Zamawiający dopuści opornice suwakowe o parametrach:  
10Ohm/min 5,7A  
100Ohm/min 1,8A  
1000Ohm/min 0,57A  
Pozostałe parametry pozostają bez zmian.
4. dot. Część 1, pkt. 11 - "Generator funkcyjny"  
Czy Zamawiający dopuści generator o zakresie częstotliwości od 0,1 Hz? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.
5. dot. Część 2, pkt. 3 - "Multimetr cyfrowy"  
Czy Zamawiający dopuści multimetr z zakresem częstotliwości od 5 Hz? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.
6. dot. Część 2, pkt. 11 - "Zestawy monterskie"  
Czy Zamawiający dopuści wiertarko-wkrętarke wchodzącą w skład zestawu monterskiego, o wadze max. 2,3 kg? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Na powyższe pytania udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad 1. Zamawiający **DOPUSZCZA** zaoferowanie zasilacza DC z wartością tłumienia poniżej 1mVrms.

Ad 2. Zamawiający **NIE DOPUSZCZA** zaoferowania pojemności dekadowej o zakresie od 0,1 nF.

Ad 3. Zamawiający **DOPUSZCZA** zaoferowanie opornic suwakowych o parametrach:

10 Ohm/min 5,7 A  
100 Ohm/min 1,8 A  
1000 Ohm/min 0,57 A

- Ad 4. Zamawiający **NIE DOPUSZCZA** zaferowania generatora o zakresie częstotliwości od 0,1 Hz.
- Ad 5. Zamawiający **DOPUSZCZA** zaferowanie multimetrów z zakresem częstotliwości od 5Hz.
- Ad 6. Zamawiający **DOPUSZCZA** zaferowanie wiertarko – wkrętarki o wadze max. 2,3 kg.