

W dniu 12.11.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 619601-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.13.19 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Treść pytania:

Pytanie dot. poz. 6 Pojemność dekadowa:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres pojemności w dekadzie pojemności od 0,1 nF do 10 μ F (mikro Farad) ?

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad 1. **TAK, Zamawiający DOPUSZCZA** zakres pojemności w dekadzie pojemności od 0,1 nF do 10 μ F (mikro Farad).