

W dniu 13.11.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 619601-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.13.19 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Treść pytań:

1. dot. Poz.6

Czy Zamawiający dopuści pojemność dekadową o zakresie: "min. od 1nF do 10 $\mu$ F w podzakresach"? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

2. dot. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako równoważnej torby narzędziowej wykonanej z technicznego poliestru min. 600D, z kieszeniami/przegrodami pozwalającymi na przechowywanie wszystkich (z wyjątkiem poziomicy) narzędzi oferowanych w pozycji 1. Pozostałe parametry pozycji pozostają bez zmian.

3. dot. Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści stację lutowniczą o mocy min. 75W? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

4. dot. Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści lutownicę transformatorową, dla której producent nie podał średnicy dołączanego do zestawu grotu? Większość lutownic o mocy w przedziale 75-100W będzie miało podobną średnicę grotu, lecz producenci często nie podają takiej informacji.

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad 1. **TAK, Zamawiający DOPUSZCZA** pojemność dekadową o zakresie: "min. od 1nF do 10 $\mu$ F w podzakresach". Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Ad 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SIWZ.

Ad 3. **TAK, Zamawiający DOPUSZCZA** stację lutowniczą o mocy min. 75W. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Ad 4. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SIWZ.