

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – I_2022 w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

D: PRACOWNIA GEODEZYJNA

CZĘŚĆ 10 – NIWELATORY

1.	<p><u>Niwelator kodowy precyzyjny wraz ze statywem i dwoma łatami</u></p> <p>Dostawa obejmuje 1 zestaw fabrycznie nowego niwelatora kodowego precyzyjnego wraz ze statywem i dwoma łatami</p> <p><u>Opis niwelatora kodowego precyzyjnego wraz ze statywem i dwoma łatami do dostarczenia:</u></p> <p>Niwelator kodowy precyzyjny wraz ze statywem i dwoma łatami:</p> <p>Niwelator kodowy - parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokładność pomiaru na ładę kodową min. 1,5 mm na km,- Dokładność pomiaru odległości: min. 10 mm (D<10m), min. Dx0,001 mm (D>10m),- Zasięg pomiaru min. 100 m,- Powiększenie obrazu min. 24x,- Wbudowana pamięć wewnętrzna: min. 1000 pomiarów,- Wbudowane funkcje pomiarowe,- Oprogramowanie wewnętrzne powinno zapewniać możliwość transmisji danych do oprogramowania C-Geo lub Winkalk,- Zestaw do kalibracji z wykorzystaniem niwelatora kodowego. <p>Norma odporności min. IP55 – dołączony certyfikat do niwelatora potwierdzający spełnienie zapisu. W zestawie: dwie łaty kodowe – 5m, statyw aluminiowy kompatybilny z oferowanym niwelatorem, kabel komunikacyjny umożliwiający zgrywanie danych z pomiaru, walizka transportowa.</p> <p><u>Dostawa</u></p>
2.	<p><u>Niwelator optyczny, statyw, łąta</u></p> <p>Dostawa obejmuje 2 zestawy fabrycznie nowego niwelatora optycznego ze statywami i łatami</p> <p><u>Opis niwelatora optycznego, statywu i łaty do dostarczenia :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Powiększenie obrazu min. 32x,- Średnica obiektywu min. 36 mm,- Dokładność pomiarów min. 2,5 mm na 1 km niwelacji,- Dokładność kompensatora min. 0,5'',

- Zakres pracy kompensatora +/- 15',
- Norma odporności min. IP54 – dołączony certyfikat do niwelatora potwierdzający spełnienie zapisu.

W zestawie: pojemnik transportowy, łąta niwelacyjna min. 5m teleskopowa, statyw aluminiowy głowica płaska, statyw wyposażony w pasek transportowy.

Dostawa