

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 - postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytania:

1. Część II, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr z pomiarem częstotliwości od 1Hz do 100kHz?

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad 1. Dopuszcza się zakres częstotliwości od 1Hz do 100kHz.