

W dniu 05.04.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 537375-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.11.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Treść pytań:

Dot. części 3. Poz. 6.

1. Czy zamawiający dopuści dekadę pojemności o zakresie 0,1nF do 10 μ F

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza dekadę pojemności o zakresie 0,1nF do 10 μ F.