

W dniu 06.04.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 537375-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.11.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 4 części asortymentowe.

Treść pytań:

1.Część II, poz 7:

Czy Zamawiający dopuszcza częstotściomierz o parametrze:  $f_n$  od 10Hz?

2.Część III, poz 11:

Czy Zamawiający dopuszcza generator funkcyjny o parametrach jak w opisie, ale bez wyjścia mocy do 50 Vpp?

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad.1) Zamawiający **dopuszcza** częstotściomierz o parametrze:  $f_n$  od 10Hz.

Ad.2) Zamawiający **nie dopuszcza** generatora funkcyjnego o parametrach jak w opisie, ale bez wyjścia mocy do 50 Vpp.