

W dniu 24.05.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr **560567-N-2018** z dnia **2018-05-18 r.**- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.13.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Treść pytań:

### **Pytania dot części 1**

Do cz1 watomierze pozycja 10

Ponownie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższych watomierzy gdyż podane przez Państwa parametry odpowiadają wyłącznie miernikowi LW-1, który nie jest już produkowany.

Watomierz 1

Analogowy watomierz laboratoryjny zakres prądowy 0,5/1A; zakres napięciowy 120/240V klasa dokładności 0,5%

Watomierz 2

Analogowy watomierz laboratoryjny zakres prądowy 2/5A; zakres napięciowy 120/240V klasa dokładności 0,5%

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad. Watomierz 1

Zamawiający **NIE DOPUSZCZA** analogowego watomierza laboratoryjnego o zakresie prądowym 0,5/1A, zakres napięciowy 120/240V klasa dokładności 0,5%.

Ad. Watomierz 2

Zamawiający **NIE DOPUSZCZA** analogowego watomierza laboratoryjnego o zakresie prądowym 2/5A, zakres napięciowy 120/240V klasa dokładności 0,5%.