

**Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. Wileńska 6**

CKZiU1.KAK.260.4.3.2021

Racibórz, dnia 02.06.2021r.

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

w ramach projektu pn.:

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

CKZiU1.KAK.260.4.2.2021

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

„część 5 miernik wilgotności: Czy przez dokładność pomiaru: 0,1% Zamawiający rozumie rozdzielczość 0,1 jednostki?”.

Odpowiedź Zamawiającego

CZĘŚĆ 5 – URZĄDZENIA DO POMIARÓW: Miernik wilgotności

Tak, Zamawiający rozumie dokładność pomiaru 0,1% jako rozdzielczość 0,1 jednostki.

Z poważaniem

Jacek Kąsek
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu